



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.092.A № 53838

Срок действия до 23 января 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи давления измерительные ОВЕН ПД100И

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
**Общество с ограниченной ответственностью "Завод № 423"
(ООО "Завод № 423"), г. Богородицк, Тульская обл.**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **56246-14**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
КУВФ.406230.100 МП1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года - для преобразователей давления измерительных ОВЕН ПД100И с пределами допускаемой основной приведенной погрешности измерений (γ) $\pm 0,25\%$; 5 лет - для остальных преобразователей

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **23 января 2014 г. № 40**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



"07" 01 2014 г.

Серия СИ

№ 013637

Срок действия до 29 октября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2018 г. № 2266

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



..... 2018 г.